

Dosje javnega naročila JN9911/2014

Naročnik: ZAVOD TABER

Storitve: Medicinska oprema

ZJN-2: Odprti postopek

JN9911/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.10.2014


JN10671/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.11.2014

JN10928/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.11.2014

Pomoč

 JN9911/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)

Dodatna pojasnila

 2014/S 198-350211

OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Medicinska oprema

Datum objave: 10. 10. 2014

Številka objave: JN9911/2014

ODDELEK I: NAROČNIK

I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE

ZAVOD TABER, Trg Davorina Jenka 13, Kontakt: Andreja Jerala, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.

Tel. +386 428158800. Telefaks +386 42815820. E-pošta obcinacerklje@siol.net.

Internetni naslov naročnika (URL): <http://www.cerklje.si>

Dodatne informacije dobite pri

Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri

Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.

I.2) VRSTA NAROČNIKA

Drugo: Socialno varstveni zavod Taber.

I.3) GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI

Socialno varstvo

I.4) ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA

II.1) OPIS

II.1.1) Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:

Dobava, montaža in vgradnja medicinske opreme.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe

Storitve.

Kategorija storitve: st. 25.

Glavni kraj izvedbe: Kraj Šmartno (v občini Cerklje na Gorenjskem), Dom starejših objekt A in objekt B.

Sifra NUTS: SI022.

II.1.3) Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu

Trajanje okvirnega sporazuma:

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:

Dobava, montaža in vgradnja medicinske opreme.

II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):

33100000 (Medicinska oprema)

II.1.7) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

II.1.8) Sklopi

Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.

Ponudbe je treba predložiti za: vse sklope.

II.1.9) Informacije o variantah

Variantne ponudbe so dopustne: ne.

II.2) KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA

II.2.1) Celotna količina ali obseg

Dobava, montaža in vgradnja medicinske opreme.

Ocenjena vrednost brez DDV: 362272 EUR

II.2.2) Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe

II.2.3) Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila

II.3) TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK

Trajanje v mesecih: 3 (od oddaje naročila)

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH

ŠT. SKLOPA

NAZIV SKLOPA Medicinska oprema - postelje, posteljni vložek, nočne omarice in ob posteljna mizica.

1) KRATEK OPIS

Dobava, montaža in vgradnja medicinske opreme - postelje, posteljni vložek, nočne omarice in ob posteljna mizica.

2) ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)

33192100 (Postelje za medicinsko uporabo)

3) KOLIČINA ALI OBSEG

Dobava, montaža in vgradnja medicinske opreme.
Ocenjeni stroški brez DDV: 237372,00 EUR

4) NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA

Trajanje v mesecih: 3 (od oddaje javnega naročila)

5) DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH

ŠT. SKLOPA

NAZIV SKLOPA Medicinska oprema - vozički (za različne namene).

- 1) KRATEK OPIS
Medicinska oprema - vozički (za različne namene).
- 2) ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
33100000 (Medicinska oprema)
- 3) KOLIČINA ALI OBSEG
Navedeno v popisu del.
Ocenjeni stroški brez DDV: 49750,00 EUR
- 4) NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA
Trajanje v mesecih: 4 (od oddaje javnega naročila)
- 5) DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH

ŠT. SKLOPA

NAZIV SKLOPA Medicinska oprema - Dvižne kopalne kadi.

- 1) KRATEK OPIS
Medicinska oprema - Dvižne kopalne kadi.
- 2) ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
44411200 (Kadi (sanitarne))
- 3) KOLIČINA ALI OBSEG
Navedeno v popisu del.
Ocenjeni stroški brez DDV: 75150,00 EUR

4) NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA
Trajanje v mesecih: 4 (od oddaje javnega naročila)

5) DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE

III.1) POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO

III.1.1) Finančna zavarovanja

Bančna garancija za resnost ponudbe ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe izdano pri zavarovalnici:

1. sklop v višini 8.000,00 €,
2. sklop v višini 1.400,00 €,
3. sklop v višini 3.500,00 €.

Bančna garancija za dobro izvedbo del ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 5 % od vrednosti pogodbe

Bančna garancija za odpravo napak ali kavcijsko zavarovanje v višini 5 % od vrednosti izvedenih del

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo lastna sredstva SVZ Taber.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pogodba.

III.1.4) Drugi posebni pogoji

III.2) POGOJI ZA UDELEŽBO

III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register

Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost

Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3) Tehnična sposobnost

Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.4) Informacije o pridržanih naročilih

III.3) SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV

III.3.1) Informacije o določeni stroki

III.3.2) Osebe, odgovorno za izvedbo storitve

ODDELEK IV: POSTOPEK

IV.1) VRSTA POSTOPKA

IV.1.1) Vrsta postopka

Odprti postopek.

IV.1.2) Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju

IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanjem ali dialogom

IV.2) MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

IV.2.1) Merila za izbiro ponudbe

Najnizja cena.

IV.2.2) Informacije o elektronski dražbi

IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik

430-01/2014

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

IV.3.3) Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov

IV.3.4) Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje

Datum: 24. 11. 2014

Čas: 8:30

IV.3.5) Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom

IV.3.6) Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje

Uradni jeziki EU: SL

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe

Trajanje v mesecih: 6 (od datuma, določenega za prejem ponudb)

IV.3.8) Način odpiranja ponudb

Datum: 24. 11. 2014

Čas: 10:00

Kraj: Socialno varstveni zavod Taber, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, II. nadstropje, sejna soba.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.

Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:

Predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili.

Naročnik bo istovetnost odgovorne osebe pravne osebe preveril na podlagi veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica).

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE

VI.1) INFORMACIJE O PONOVI TVAH NAROČILA

VI.2) INFORMACIJE O SREDSTVIH EU

VI.3) DODATNE INFORMACIJE

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: <http://www.cerklje.si>

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:

Datum: 18. 11. 2014

Čas: 10:00

VI.4) PRITOŽBENI POSTOPKI

VI.4.1) Organ, pristojen za pritožbene postopke

ZAVOD TABER, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.

Organ, pristojen za postopek mediacije

VI.4.2) Vložitev pritožb

VI.4.3) Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

ZAVOD TABER, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.

VI.5) DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:

10. 10. 2014

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO

JN10671/2014, Storitve: Medicinska oprema; datum objave: 7. 11. 2014

JN10928/2014, Storitve: Medicinska oprema; datum objave: 18. 11. 2014

Dodatna pojasnila

Datum objave: 14.10.2014 10:01

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Povezave - za razpisno dokumentacijo ni na Cerklje.si
kdaj jo bo mogoče videti
hvala lp

ODGOVOR:

Spoštovani,

Na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem je objavljeno javno naročilo. Podajamo link
<http://www.cerklje.si/185.0.html>
Investitor - naročnik javnega naročila je Zavod Taber.

V kolikor imate še težave pri dostopu do informacij, nas kontaktirajte.

Hvala in lepo pozdravljeni.

Datum objave: 14.10.2014 10:01

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

prosimo navedite pod katero rubriko na vaši spletni strani lahko najdemo razpisno dokumentacijo.

Lp, Maja

ODGOVOR:

Datum objave: 14.10.2014 10:05

Spoštovani,

naročnik je na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem - povezava <http://www.cerklje.si/185.0.html> pri naročniku Zavod Taber - objavil predmetno javno naročilo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 22.10.2014 16:56

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Na portalu je objavljeno: veljavnost ponudbe še 6 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb.
V razpisni dokumentaciji je zapisano: veljavnost ponudbe še 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb.

Kaj je pravilno?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Naročnik je preučil vaše vprašanje.

18. člen razpisne dokumentacije se spremeni tako, da se prvi stavek 18. člena glasi:" Ponudba mora veljati 6 mesecev, od roka za oddajo ponudbe."

Na podlagi navedenega velja opozoriti, da je veljavnost 6 (šest) mesecev šteto od roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.

Datum objave: 22.10.2014 16:58

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Za sklop 1 - postelje vas prosimo za pojasnilo ali dovolite, da je nastavljiva višina ponujene negovalne postelje od 35 cm do 80 cm?

Hvala in lp,

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Naročnik dovoli, da je nastavljiva višina negovalne postelje od 35 cm do 80 cm.

Lep pozdrav.

Datum objave: 22.10.2014 16:59

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Naročnika prosimo za pojasnilo za razpisane negovalne postelje ali dovoljuje, da imajo negovalne postelje kolesa v dimenziji od 100 do 150 mm!

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vaše pojasnilo.

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Naročnik dovoljuje, da imajo negovalne postelje kolesa v dimenziji od 100 do 150 mm.

Lep pozdrav.

Datum objave: 22.10.2014 17:01

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

po odločitvi DRK številka: 018-119/2012-3 so lahko reference tudi na drugih obrazcih, če vsebujejo vse podatke, ki jih zahteva naročnik.

Zato naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo, da so reference lahko samo na obrazcih naročnika in dovoli, da predložimo že pridobljene kopije iz predhodnih projektov, ki pa vsebinsko odražajo zahtevane informacije naročnika. Namreč nesmiselno je nenehno zahtevati ista referenčna potrdila od istih investitorjev samo zaradi formalnih sprememb v obrazcih.

Prav tako pa je naročnik tudi dolžan avtentičnost in resničnost referenčnih potrdil preveriti in je ključno le, da ima ustrezne podatke o tem, kaj naj preverja.

Prosimo za potrditev predloga.

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Naročnik je preučil vaše vprašanje in se odločil, da ponudnik lahko predloži referenčno potrdilo na drugih obrazcih, če vsebujejo vse podatke, ki jih zahteva naročnik (Priloga k razpisnemu obrazcu št. 8).

Lep pozdrav.

Datum objave: 22.10.2014 17:07

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Vežano na objavljeno javno naročilo vas za sklop 1 (negovalne postelje) prosimo za pojasnilo ali mora glede na dejstvo, da se projekt sofinancira s sredstvi evropske unije, ponujena negovalna oprema zadostovati tudi najnovejšim normam s področja negovalne opreme v domovih za starejše in sicer DIN 60601-2-52, ki veljajo od aprila 2013 dalje v Eu (Slovenija pa je članica Eu), saj bi verjetno v primeru neizpolnjevanja teh norm bilo »ogroženo« sofinanciranje projekta.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Naročnik obvešča potencialne ponudnike, da se predmetno javno naročilo ne financira ali sofinancira s sredstvi Evropske unije.

Naročnik omenja, da mora ponudnik dosledno upoštevati ustrezna navodila, ki so zapisana v navodilih Razpisne dokumentacije in javnemu naročilu. Ponudnik mora dosledno upoštevati in predložiti ustrezne certifikate, pri tistih postavkah, kjer je to zahtevano.

Lep pozdrav.

Datum objave: 23.10.2014 09:51

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Navajate, da je potrebno za resnost ponudbe predložiti finančno zavarovanje, ki ga izda banka ali zavarovalnica. Glede na to, da moramo predložiti ponudbo za vse razpisane artikle, kot navaja razpisa dokumentacija, vas prosimo, da odobrite predložitev ene same bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja v skupnem znesku 12.900€. S tem se stroški priprave ponudbe, za nas ponudnike, precej znižajo. Izdaja treh finančnih zavarovanj v eni ponudbi pomeni trojni strošek. Prosimo, odobrite predložitev enega samega finančnega zavarovanja v navedenem znesku.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani,

Naročnik je spremenil Razpisno dokumentacijo. Sprememba razpisne dokumentacije je objavljena na navedeni spletni strani <http://www.cerklje.si> Spremembe se nanašajo tudi na razpisni obrazec št. 13 - bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe. Ponudnik lahko predloži eno samo bančno garancijo v skupnem znesku 11.900,00 €.

Lep pozdrav.

Datum objave: 23.10.2014 09:54

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Pozdravljeni!

Razpisna dokumentacija navaja, da je predračun razdeljen na sklope. Ali prav razumemo, da moramo ponuditi 100% vse artikle iz predračuna, kljub temu, da je blago v predračunu razdeljeno na sklope?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Da, pravilno razumete. Ponudnik odda ponudbo za vse artikle navedene za vse sklope.

Lep pozdrav.

Datum objave: 23.10.2014 09:56

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Če pravilno razumemo razpisno dokumentacijo, je potrebno ponuditi čisto vse artikle, ki jih vsebuje razpisni predračun. Zato ne razumemo zahteve po predložitvi treh finančnih zavarovanj za resnost ponudbe. To podraži pripravo ponudbe, kar moramo upoštevati pri ceni ponujenega artikla. Prosim odobrite predložitev enega samega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v vrednosti 12.900 EUR.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

naročnik je spremenil razpisno dokumentacijo. Spremembe se nanašajo tudi na razpisni obrazec št. 13. Iz novega spremenjenega obrazca izhaja, da ponudnik lahko predloži eno finančno zavarovanje v vrednosti 11.900,00 €.

Lep pozdrav.

Datum objave: 23.10.2014 09:57

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik zapisal: Javno naročilo je razdeljeno na

sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno naročilo.
Prosimo, da pojasnite - ali lahko oddamo ponudbo za posamezen sklop?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

ogovor je: NE.

Ponudnik odda ponudbo za vse artikle navedene v vseh sklopih.

Lep pozdrav.

Datum objave: 23.10.2014 10:20

Pozdravljeni,

Naročnik SVZ Taber je na spletnih straneh <http://www.cerklje.si> objavil 1. spremembe razpisne dokumentacije. Spremembe se nanašajo na število referenc za posamezen sklop in bančno garancijo za resnost ponudbe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.11.2014 12:13

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Prosimo vas za pojasnilo glede sklopa 1 - negovalne postelje in sicer ali vztrajate pri zahtevi o zunanji bateriji, saj imajo tako velike ustanove kot vaša ponavadi zunanji agregat za primer izpada električne energije in je tovrstni strošek nakupa 151 kosov zunanjih baterij precej visok in posledično neracionalen.

Prosimo vas za pojasnilo ali vam lahko ponudimo negovalno posteljo brez zunanje baterije.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Naročnik ne vztraja po zahtevi o vgrajeni bateriji, ki je zapisana v 1. sklopu točka 1. Ponudnik odda ponudbo za navedeno točko brez vgrajene baterije.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.11.2014 12:15

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Pozdravljeni!

Sklop 1, postelje: zahteva po vgrajeni bateriji, ki omogoča upravljanje s posteljo v primeru izpada električne energije. Ta zahteva je povsem nepotrebna, saj dandanes zelo redko zmanjka električne energije. Ob primeru, da pa vam ponudimo električno negovalno posteljo z omenjeno baterijo, pa to močno dvigne ceno postelje za element, ki praktično vsakodnevno ni potreben. Prosimo, da zahtevo umaknete iz opisa.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Naročnik javnega naročila umika besedilo določila v 1. sklopu 1. točka - postelje, kjer je zapisano "vgrajena baterija omogoča upravljanje s posteljo v primeru izpada el. energije".

Ponudnik odda ponudbo za postelje brez vgrajene baterije.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.11.2014 12:28

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

V sklopu 1, postelje, je zahteva po lesenih posteljnih ograjah nastavljivih v dveh višinah. V domovih starejših občanov je standard, da je ograjica nastavljiva na eno višino. Da je ograjica nastavljiva na dveh višinah ne igra nobene dodatne funkcije in v dobro uporabniku. Prosimo, da dana zahtevo umaknete iz opisa, saj dana zahteva ustreza samo ponudniku Simp`s in diskriminira ostale ponudnike, ki vam bi ponudili električno negovalno posteljo kvalitetnega in priznanega evropskega proizvajalca.

Hvala za vaš odgovor.

Lp

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Naročnik spreminja postavko 1. v 1. sklopu (postelje), in sicer v delu, kjer je zapisano "lesene posteljne ograje nastavljive v dveh višinah", se na novo glasi: "lesene posteljne ograje nastavljive v eni višini".

Postelja mora ustrezati standardu za varnost EN 60601-2-52.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.11.2014 12:34

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Pri nočni omarici v sklopu 1, je zahteva, da mora biti spodnji-večji prostor v obliki predala. Veliko bolj praktično in stabilno je, da je spodnji predal s klasičnimi vratci, ki se odpirajo in sicer na obeh straneh omarice. To daje veliko večjo stabilnost nočni omarici, kot da bi bil predal, saj ob težjem predmetu v predalu, se lahko le ta prevrne. Prosim, da dano zahtevo umaknete ali vsaj omogočite ponudbo tudi nočne omarice z zgornjim predalom in spodnjim prostorom s klasičnimi vratci na obeh straneh.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Naročnik ne spreminja besedila opisa nočne omarice.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.11.2014 12:58

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Naročnika prosimo za odgovor ali lahko za sklop 1, pozicija 4 - obposteljne mizice ponudimo mizico, ki je na štirih kolesih in ima od tega 2 kolesi z zavoro in 2 kolesi brez zavore, takšne so namreč tipske obposteljne mizice, ki se dobro fiksirajo.

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

V sklopu 1, točka 4 - ob posteljna mizica, naročnik v delu besedila "ob posteljna mizica na štirih kolesih z zavoro..." podaja naslednjo razlago. Besedilo na "štirih kolesih z zavoro" se smatra tako, da sta dve kolesi z zavoro in dve kolesi brez zavore.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.11.2014 13:25

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:
4. mizica - ali je lahko nastavljiva višina od cca. 700 mm do 1100 mm?

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Odgovor je NE. Dimenzije ostanejo nespremenjene.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.11.2014 09:16

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

glede na to, da je potrebno oddati ponudbo za vse sklope nas zanima, ali lahko priložimo dve združeni referenci in ne po dve za vsak sklop posebej?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Naročnik SVZ Taber je na portalu javnih naročil objavil spremembo osnovnega javnega naročila JN9911/2014 in sicer v delu, ki se nanaša na sklope.

Predmetno javno naročilo je razdeljeno na sklope. Ponudniki oddajo ponudbo za en ali več sklopov. Št. obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku je JN 10671/2014, objava dne 07. 11. 2014.

Lep pozdrav.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.11.2014 09:18

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

naročnika želimo opozoriti, da z zapiranjem sklopov preferira točno določenega ponudnika opreme in sanitetnega materiala, ter posledično ravna negospodarno z javnim denarjem. Smo zastopniki proizvajalca, s katerim lahko ponudimo določeno opremo skladno s tehničnimi zahtevami in referencami.

Ali lahko ponudimo opremo za posamezen sklop?

ODGOVOR:

Spoštovani,

naročnik je na portalu javnega naročanja objavil obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku št. JN10671/2014, iz katerega izhaja, da je potrebno ponudbo oddati za en ali več sklopov.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.11.2014 09:29

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Prosimo vas za pojasnilo ali lahko za navedeno javno naročilo priložimo dve referenci v višini 45.000

eur ali več, ki sta ustrezni - primerljivi glede vrste in obsega opreme kot je razpisana po tem razpisu.
Se pravi, da od enega naročnika priložimo eno referenco.

Prosimo vas za vaš čim prejšnji odgovor!

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Ponudnik odda referenčna potrdila opisana v ustreznem besedilu razpisne dokumentacije posameznega sklopa.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.11.2014 09:31

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Prosimo za odgovore na zastavljena vprašanja.

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Naročnik odgovarja na zastavljena vprašanja.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.11.2014 09:32

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani naročnik,

prosimo vas, da nam v čim krajšem možnem roku odgovorite na že zastavljeno vprašanje.

Hvala in lepo pozdravljeni,

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

naročnik odgovarja na zastavljena vprašanja.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.11.2014 10:36

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Naročnika sprašujemo o minimalno zahtevanem splošnem garancijskem roku, ki ga zahteva za posamičen sklop.

V razpisni dokumentaciji se namreč pojavijo dve nasprotujoči si zahtevi:

- pogodba, V. člen - najmanj 24 mesečna garancija za vso opremo
- pogodba, X. člen - ... 5 let za ostale dobavljene motorje in vzmetnice

Prosimo vas za nedvoumno razlago kakšen garancijski rok zahtevate: 24 mesecev (2 leti) ali 5 let!
Skrite napake niso del splošne garancije.

Hvala

ODGOVOR:

Spoštovani,

naročnik je preučil vsebino obeh členov, ki jih navajate glede garancijske dobe.

Vsebina 4. alineje 5. člena ostaja nespremenjena.

Pri vsebini 12. člena (in ne pri vsebini 10. člena kot navajate) se je naročnik odločil, da se vsebine za posamezne sklope na novo glasijo:

12. člen - 1. sklop:

"Dobavitelj jamči, da bo za kvaliteto in solidnost celotnega predmeta zagotavljal 2 (dve) leti garancijske dobe od datuma prevzema celotne opreme tega sklopa."

12. člen - 2. sklop:

"Dobavitelj jamči, da bo za kvaliteto in solidnost celotnega predmeta pogodbe zagotavljal 2 (dve) leti garancijske dobe po obojestranskem podpisu končnega primopredajnega zapisnika."

12. člen - 3. sklop:

"Dobavitelj jamči, da bo za kvaliteto in solidnost celotnega predmeta pogodbe zagotavljal 2 (dve) leti garancijske dobe po obojestranskem podpisu končnega primopredajnega zapisnika."

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.11.2014 13:00

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

V razpisni dokumentaciji zahtevate, da se ponudba odda za vse sklope.

Ker je naročnik dolžan gospodarno ravnati z javnimi sredstvi, bi z izbiro po sklopih pridobil ekonomsko ugodnejše ponudbe in odprl konkurenco, v vašem primeru pa ste konkurenco zaprli in boste prejeli mnogo dražjo ponudbo, želeli pa bi vam ob tem podati v razmislek, da na tak način negospodarno ravnate z javnimi sredstvi.

Prav tako smo mnenja da naročnik v svoji dokumentaciji ne upošteva 37.člen (tehnične specifikacije) Zakona o javnem naročanju:

(2) Tehnične specifikacije morajo omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Tehnične specifikacije

morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika, tako, da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki.

kot tudi ne 7.člena načela zagotavljanja konkurence med ponudniki:

(1)Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence.

(2)Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila zaposli določene podizvajalce, ali da izvede kakšen drug posel, kot na primer izvoz določenega blaga ali storitev, če s posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni določeno drugače.

Naročnika pozivamo, da dopusti oddajo ponudb po posameznih sklopih upoštevajoč reference in ustreznost artiklov.

ODGOVOR:

Spoštovani,

naročnik je na portalu dne 07. 11. 2014 objavil obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku.

Novo določilo besedila vezanega na oddajo ponudbe se glasi: ponudbo je treba predložiti za en ali več sklopov.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.11.2014 13:02

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

dne 23.10.2014, ste v odgovoru "sklopi, Datum objave: 23.10.2014, 09:57" zapisali, da moramo ponudniki ponuditi vse sklope (VSE ali nič), danes je bila pa na portalu JN (<http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=365801>) objava pri tozadevnem razpisu, kjer piše "Ponudbe je treba predložiti za en ali več sklopov." iz česar izhaja, da se lahko ponudijo vsi artikli iz posameznega sklopa in ne vse sklope (in posledično tudi vse artikli).

Ali se je naročnik že odločil kaj sploh želi?

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Ponudnik odda ponudbo za en ali več sklopov. Ponudnik mora, za sklop za katerega oddaja ponudbo, upoštevati vse artikli posameznega sklopa.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.11.2014 10:35

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

smo priznana in uveljavljeno slovensko podjetje, ki bolnišnice, zdravstvene domove in domove upokojencev v Sloveniji že več desetletij oskrbuje z zdravili, medicinskimi pripomočki in opremo, vendar se z določeno opremo ukvarjamo šele tri leta. Ponujamo opremo skaldno z vašimi tehničnimi zahtevami priznanega in v Evropi uveljavljenega proizvajalca. Sprašujemo, ali lahko priložimo referenčno listo proizvajalca?

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Sprašujete nas, ali lahko predložite referenčno listo priznanega in v Evropi uveljavljenega proizvajalca. Referenčno listo proizvajalca lahko predložite. Ob tem vas ko naročnik želimo opozoriti na določilo poglavja 2.3 razpisne dokumentacije, oddaja ponudbe kot skupne ponudbe ali oddaja ponudbe s podizvajalci)

Naročnik poudarja, da bo upošteval reference, ki bodo ustrezale po vsebini - opisu, ki so določene v 10. členu razpisne dokumentacije in njenih spremembah.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.11.2014 14:27

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

1.) Pošiljam vam vprašanje za sklop 1, zap. št. 1 -POSTELJE

Ali vam lahko ponudimo posteljo-negovalno, ki ima 4 x lomljeno ležišče, višinska regulacija od 380 mm - 830 mm, brez vgrajene baterije, ki omogoča upravljanje s posteljo v primeru izpada el. energije, s 4 kolesi premera 50 mm, dimenzije ležišča 2015 mm x 860 mm?

2.) Naše naslednje vprašanje se nanaša na zap. št. 2-posteljni vložek

Ali vam lahko ponudimo posteljni vložek dimenzije, ki bo ustrezala postelji iz zap. št. 1 ?

3.)Ali vam lahko v sklopu 1, zap.št. 4, ponudimo obposteljno mizico, ki ima nastavitve višine od 730-102 mm in lesene plošče dim. 370 x 600 mm?

4.) Sprašujemo tudi ali vam namesto potrjenih refrenc kot pogoj za sodelovanje oddamo v ponudbo referečno listo proizvajalca?

ODGOVOR:

Spoštovani,

Naročnik odgovarja.

1. odgovor:

Naročnik vztraja, da ima negovalna postelja trikrat lomljeno ležišče (trikrat lomljeno ležišče).
Negovalna postelja ne sme imeti koles manjših od 100 mm premera (4 kolesa premera od 100 mm do 125 mm s centralno zavoro).

Naročnik vztraja pri dimenzijah ležišča.

2. odgovor

Naročnik vztraja pri dimenzijah ležišča, zato mora ponudnik ponuditi posteljni vložek primeren ležišču.

3. dogovor

NE

4. odgovor

NE

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 09:02

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

V Razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za izbor izvajalca za dobavo, montažo in vgradnjo medicinske opreme, ki je objavljena na Portalu javnih naročil, datum objave 10. 10. 2014, št. objave JN 9911/2014, je pod »Razpisni obrazec št. 6« med drugim navedeno, naj ponudnik predloži : »Zaključni račun za leto 2011, 2012 in 2013. Če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov, mora predložiti revidirane zaključne račune za navedena leta.«

Podatki zaključnega računa so javno in brezplačno dostopni na spletnih straneh AJPES. Predlagamo, da se ta zahteva umakne (črta) iz razpisne dokumentacije.

Če razpisnik ne prisluhne našemu predlogu, prosimo, da natančno pojasni, kaj razume pod termin »Zaključni račun«. Ali je to izkaz poslovnega izida oz. izkaz vseobsegajočega donosa in bilanca stanja s poročilom neodvisnega revizorja in gibanje kapitala ali je potrebno dodati še kaj drugega.

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Pod izrazom zaključni račun je "mišljeno" letno poročilo, kot ga določa besedilo 60. člena ZGD-1 (brez poslovnega poročila).

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 13:17

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

pošiljamo vprašanje za sklop 2. Vozički

1.) pozicija 7

Ali lahko ponudimo AMBU-Lift, ki ustreza vsem vašim zahtevam, le da je max. obremenitev 175 kg ?

2.) pozicija 8

ali vam lahko ponudimo večnamenski kovinski voziček za prevoz čistega perila, na kolesih fi 200 mm, material anodiziran aluminij, korozijsko odporen?

Ali nam podrobneje razložite, kako mislite odprt na eni večji strani, zložljiv ? Ne znamo si ravno predstavljati. Ponavadi so vozički za prevoz čistega perila, kot ste opisali in imajo na sprednji strani vrata za zapiranje.

Zato nam potrdite, da vam lahko ponudimo tudi takšen voziček, ki se na sprednji strani zapira v celoti z vratci.

3.) pozicija 9

Ali vam lahko ponudimo servirni voziček dim. 700 x 500x985 mm iz kompozitno obdelanega materiala, ki je primeren za bolnišnično uporabo in ki zagotavlja, da se izniči nabiranje bakterij Staphylococcus. Material je vodoodporen in ga lahko čistite z vsemi dezinfekcijskimi sredstvi.

4.) pozicija 10

ali vam lahko ponudimo voziček za nego s tremi koši, dimenzije 740x535x1000 mm?

Ali nam lahko natančneje opišete kakšen nosilec za posodo v nivoju pokrovov želite? Kakšne so dimenzije umivalne posode?

5.) pozicija 12

Ali vam lahko ponudimo voziček za preveze dim. 500 x 700x985 mm iz kompozitno obdelanega materiala, ki je primeren za bolnišnično uporabo in ki zagotavlja, da se izniči nabiranje bakterij Staphylococcus. Material je vodoodporen in ga lahko čistite z vsemi dezinfekcijskimi sredstvi.

Ali vam lahko ponudimo voziček z odstranljivo poličko ob strani, ki se po uporabi pomično-na klik zloži in ne moti uporabnika pri delu.

Prosim, če razložite : dimenzije ograjice bi naj bila cca 120 mm ? Kaj pomeni ta dimenzija? Višino ? Ali morajo biti ograjice na vseh 4 straneh?

6.) pozicija 13

Ali vam lahko ponudimo voziček za umazano perilo s tremi koši in pokrovom na pedal različnih barv, dimenzije 1180x410x890mm?

7.) pozicija 15

Ali vam lahko ponudimo voziček za prevoz vreč, konstrukcije v celoti iz anodiziranega aluminija (antikorozijsko obdelanga) s kolesi fi 160 mm, dimenzije: 1100x650x1245 mm? in kapaciteto 714 L ?

8.) pozicija 16

Ali vam lahko ponudimo voziček za prevoz odpadkov iz jeklene konstrukcije, z dimenzijami 380 x 410x 890 mm?

Spoštovani, gre za minimalna odstopanja v vaših zahtevah, funkcionalnost vseh napih ponujenih artiklov, ostaja nespremenjena.

Razlike v odstopanjih so le zaradi drugega proizvajalca. Vi ste opisali artikle, ki jih izdeluje eno podjetje. Proizvajalcev in ponudnikov tovrstnih izdelkov je v Evropi in svetu veliko.

V kolikor nam boste dovolili, da vam ponudimo naše izdelke boste z njimi zelo zadovoljni saj so zelo kvalitetni.

Najlepša hvala za hiter odgovor in razumevanje !
Lep pozdrav !

ODGOVOR:
Spoštovani!

Naročnik odgovarja na zastavljena vprašanja po zaporedju zastavljenih vprašanj:

1.

Pozicija 7

Odgovor: DA

2.

Pozicija 8

Odgovor: NE

3.

Pozicija 9

Odgovor: NE

4.

Pozicija 10

Odgovor na prvo vprašanje (drugačne dimenzije): NE

Odgovor na drugo vprašanje: Nosilec, za posodo v kateri je voda za umivanje in je v nivoju pokrova, je iz istega materiala kot ogrodje vozička, z notranjim premerom 300 mm.

5.

Pozicija 12

Odgovor na prvo vprašanje (drugačne dimenzije): NE

Odgovor na drugo vprašanje (dimenzije ograjice): Polica mora služiti kot dodatna delovna površina, zato mora biti stabilna. Višina ograjice je 120 mm. Ograjice so na treh straneh, ena večja - delovna stran je brez ograjice.

6.

Pozicija 13

Odgovor: NE

7.

Pozicija 15

Odgovor: NE

8.

Pozicija 16

Odgovor: NE

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 13:25

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Prosimo vas za nekaj pojasnil za 2.sklop in sicer:

1.) pozicija 5 - transportni voziček

Ali vam lahko ponudimo voziček, ki je na štirih kolesih premera 150 mm, od tega sta dve kolesi z zavoro in dve kolesi brez zavore?

2.) pozicija 6 - voziček za tuširanje

Ali vam lahko ponudimo voziček za tuširanje, ki ima posamično blokado koles?

3.) pozicija 7 - ambulift

Ali vam lahko ponudimo ambulift, ki ima nosilnost 150 kg?

Ali pri ambuliftu tudi zahtevate kakšne mreže / vreča, saj zaenkrat le - te niso zahtevane? Če, da - kakšne (standardne ali povišane), koliko in kakšne velikosti (M, L)?

4.) pozicija 8 - večnamenski voziček za prevoz čistega perila

Prosimo naročnika da dopusti, da ponudimo voziček, ki ni zložljiv, saj večina takšnih vozičkov ni zložljivih in tudi ne razumemo potrebe po zložljivosti takšnega vozička!

5.) pozicija 15 - voziček za prevoz vreč

Ali lahko ponudimo voziček, ki ima premer koles 150 mm?

Hvala in lepo pozdravljeni,

ODGOVOR:

Spoštovani,

Naročnik bo na vaša vprašanja odgovoril po zaporedju zastavljenih vprašanj.

Odgovori so naslednji:

1.

Pozicija 5

Odgovor: NE

2.

Pozicija 6

Odgovor: NE

3.

Pozicija 7

Odgovor na prvo vprašanje (nosilnost 150 kg): NE

Odgovor na drugo vprašanje (standardna vreča/mreža): Ponudnik predloži eno standardno vrečo/mrežo v velikosti M.

4.

Pozicija 8

Odgovor: Voziček mora biti zložljiv.

5.

Pozicija 15
Odgovor: NE

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 13:29

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Naročnika prosimo za nekaj pojasnil za javno naročilo

7. točka - ali dobro razumemo zahtevo glede koles tako, da lahko ponudimo dvigalo, ki ima kolesa premera 75 mm in celotna višina podvozja (kolo + kovinske noge) je visoko 110 mm tako, da gre pod vse tipske električne negovalne postelje tudi, ko so spuščene nizko. Prosim za potrditev, da lahko ponudimo takšno dvigalo!

8. točka - ali lahko ponudimo voziček dim 1800 x 940 x 560 mm?

13. točka - ali lahko ponudimo voziček dim 1120 x 540 x 930 h mm?

13. točka - ali lahko ponudimo voziček s kolesi fi 750 mm?

15. točka - ali je lahko voziček iz eluksiranega aluminija?

16. točka - ali lahko ponudimo voziček dim 730 x 500 x 920 h mm?

Že vnaprej hvala za vaša pojasnila!

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Naročnik na vaša vprašanja odgovarja po zaporedju zastavljenih vprašanj.

Odgovori so:

1.

Pozicija 7.

Odgovor: DA. Ponudnik lahko predloži dvojna kolesa premera min 75 mm.

2.

Pozicija 8

Odgovor: NE

3

Pozicija 13

Odgovor na prvo vprašanje (dimenzije vozička) NE

Odgovor na drugo vprašanje (premer koles: Kolesa morajo biti min 100 mm in z zavorami

4

Pozicija 15

Odgovor: NE

5

Pozicija 16

Odgovor: NE

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 13:31

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani naročnik!

Sprašujemo vas ali se lahko kot primerna referenca predloži tudi referenca za enakovredno opremo dobavljeno zdravilišču oz. inštitutu, kjer imajo v negi starejše in invalidne osebe?

Prosimo vas za vaš čimprejšnji odgovor!

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Naročnik bo upošteval kot primerno referenco za enakovredno opremo dobavljeno zdravilišču oz. inštitutu, kjer imajo v negi starejše in invalidne osebe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 13:34

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Pozdravljeni!

Vezano na vaše objavljeno javno naročilo in vse do sedaj objavljene odgovore na zastavljena vprašanja in spremembo javnega naročila, ki ste jo objavili glede števila potrebnih referenc in bančne garancije vas sprašujemo ali vas dobro razumemo, da lahko oddamo ponudbo za 1 ali več sklopov in za posamičen ponujeni sklop priskrbimo po dve ustrezni referenci, bančno garancijo pa lahko oddamo ENO SKUPNO v višini 11.900,00 eur ne glede na to ali se prijavljamo samo na en, dva ali vse tri sklope.

Prosimo vas za vašo čim prejšnjo potrditev, saj moramo pridobiti ustrezno bančno garancijo na banki, da se bomo lahko pravočasno prijavi na javni razpis.

Hvala vam!

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Navedeno zapisano besedilo glede referenc razumete pravilno. V primeru, da ponudnik odda ponudbo za dva ali več sklopov, lahko predloži eno skupno finančno zavarovanje.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 13:57

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Vaša zahteva glede referenc za sklop 3, je popolnoma nesorazmerna z ocenjeno vrednostjo sklopa, saj vrednost referenc v višini 45.000€ predstavlja skoraj 2/3 ocenjene vrednosti. Zaradi specifičnosti opreme in njej podobne opreme, katere skoraj ni ter v času gospodarske krize in upadanju investicij, takih referenc skoraj ni mogoče pridobiti. Zato naročniku predlagamo, da zniža vrednost reference na 10.000€ ali zmanjša število referenc z 3 na 2.

V kolikor bo naročnik vztrajal pri svojih zahtevah, bomo prisiljeni ukrepati, za zaščito svojih interesov, saj je ta zahteva diskriminatorna.

ODGOVOR:

Spoštovani,

naročnik je v prvih spremembah razpisne dokumentacije (dne 23. 10. 2014) objavil spremembo razpisne dokumentacije. O navedeni spremembi je naročnik obvestil zainteresirane ponudnike v Pojasnilu št. 1 dne 23.10. 2014 ob 10. 20 uri. Spremembe razpisne dokumentacije so objavljene na spletni strani že od 23. 10. 2014.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 14:03

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

glede na to, da ste dovolili oddajo ponudb za posamezne sklope, prosimo, da skladno s tem spremenite tudi zahteve za bančno garancijo za resnost ponudbe (kavcijsko zavarovanje), in sicer definirate garancije za vsak sklop posebej.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:

Spoštovani,

Naročnik je v prvotni razpisni dokumentaciji za posamezen sklop določil višine bančnih garancij, in sicer:

1. sklop = 8.000,00 €

2. sklop = 1.400,00 €

3. sklop = 2.500,00 €

Naročnik je s spremembami razpisne dokumentacije (glej Pojasnilo št. 1 - Razpisna dokumentacija - prve spremembe) dopustil možnost, da v primeru, ko ponudnik odda ponudbo za vse sklope, poda tudi eno samo finančno zavarovanje v višini 11.900,00 €.

Naročnik dopušča možnost, da ponudnik poda eno finančno zavarovanje v višini seštevka posameznih sklopov za katere oddaja ponudbo (npr. vrednost 1. in 2. sklopa znaša ponudba 9.400,00 € in podobno).

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 14:05

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani naročnik,

vljudno vas prosimo za odgovore na zastavljena vprašanja, da bomo lahko pravočasno in kvalitetno pripravili ponudbo za javno naročilo.

Hvala za vaše razumevanje,

ODGOVOR:

Spoštovani,

Naročnik odgovarja na vaša zastavljena vprašanja.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 14:08

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

uporabnika prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za vsaj 14 dni. Namreč za pridobivanje vseh potrebnih dokazil in pripravi ustrezne ponudbe zaradi obilice sprememb potrebujemo več časa.

ODGOVOR:

Spoštovani,

Naročnik je preko portala javnih naročil ponudnike obvestil, da je rok za oddajo ponudbe prestavljen iz 24. 11. 2014 na dan 27. 11. 2014.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 14:12

Spoštovani,

Naročnik je preko portala javnih naročil ponudnike obvestil, da se spremeni rok oddaje ponudbe.

Rok oddaje ponudbe je četrtek 27. 11. 2014 ob 8.30 uri, odpiranje je istega dne ob 10. uri. Druge spremembe glede datumov se ne spreminjajo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 14:15

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Ali lahko za sklop 3 podamo tri referenčna potrdila za opravljene posle v vrednosti 10.000€?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani,

Ponudnik, v kolikor želi sodelovati v predmetnem javnem naročilu, mora upoštevati določilo sprememb razpisne dokumentacije - prve spremembe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 14:16

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Kot naročnik v času od 23. 10. 2014 do 6. 11. 2014 niste odgovarjali na zastavljena vprašanja. V tem času nismo vedeli kako se bodo spremenila navodila ponudnikom in popis medicinske opreme. Lepo vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb, da ustrezno pripravimo ponudbo.

Najlepša hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Naročnik je v POJASNILU ŠT. 2, ponudnike obvestil o spremembi roka oddaje ponudbe. Novi rok oddaje ponudbe je četrtek 27. 11. 2014 ob 9.30 uri, odpiranje je istega dne ob 10. uri.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 14:43

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

Smo priznana in uveljavljeno slovensko podjetje, ki bolnišnice in domove upokoencev v Sloveniji že več desetletij oskrbuje z zdravili, medicinskimi pripomočki in opremo, vendar se na razpis »bolniške postelje in omarice« prijavljamo prvič. Ponujamo bolniške postelje in omarice priznanega in uveljavljenega proizvajalca. Sprašujemo ali lahko priložimo reference proizvajalca?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani,

naročnik je na podobno vsebino vprašanja odgovoril dne 10. 11. 2014 ob 10.35 uri. Zainteresiranega ponudnika napotujemo na predmetni odgovor.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 14:48

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

v zvezi z referenčnim pogojem za sklop št. 1, ki določa:

Kot pogoj za sodelovanje pri javnem naročanju lahko sodeluje ponudnik, ki je oddal samostojno ponudbo ali skupno ponudbo ali ponudbo s podizvajalci, le če predloži dve referenci za podobna dela postelje, v višini 20.000,00 € neto in več, v petih letih šteto od dneva objave tega javnega naročila. Naročnik bo upošteval referenčni pogoj, v primeru, da je ponudnik dela opravljal v bolnici ali v domu starejših občanov.

želimo zgolj potrditev pravilnosti razumevanja glede njegove izpolnitve in sicer, da se skladno z določbo 3. odstavka 45. člena ZJN-2 gospodarski subjekt lahko, sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. Torej se lahko v primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci citiran pogoj lahko izpolni kumulativno s strani glavnega ponudnika, partnerja ali podizvajalca, kot to določa citirana zakonska določba.

Za vašo potrditev razumevanja se vam zahvaljujemo.

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Vaše razumevanje referenčnega pogoja v smislu določil ZJN-2, je pravilno.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 14:49

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Sklop 2

Ali bo spoznan kot ustrezen voziček (žaba) s kolesi fi 50 mm in opora vreče iz inox cevi, enako kot celotna konstrukcija vozička?

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

Naročnik podaja odgovor: odgovor je NE.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 14:53

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za najmanj 10 dni. V treh delovnih dneh je nemogoče pripraviti ustrezno ponudbo, pri toliko spremembah.

ODGOVOR:

Spoštovani,

Naročnik je preko portala javnih naročil obvestil zainteresirane ponudnike, da se prvotni rok za oddajo ponudb spremeni iz prvotnega 24. 11. 2014 na novi rok 27. 11. 2014.

Ure ostajajo nespremenjene.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 14:57

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Glede na spremembo razpisne dokumentacije, da lahko podamo ponudbo za posamezni sklop, nas zanima sledeče:

V kolikor se prijavimo na dva sklopa, ali lahko ponudbi priložimo eno bančno garancijo ali eno kavcijsko zavarovanje v skupnem znesku dveh sklopov (npr. prijavimo se na sklopa 1 in 2, predložimo finančno zavarovanje v skupni vrednosti 9.400€)?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani,

Naročnik je na podobno vprašanje že odgovoril dne 18. 11. 2014 ob 14.03 uri.

Naročnik dopušča možnost, da ponudnik lahko predloži eno finančno zavarovanje v skupnem znesku dveh sklopov.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 14:59

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Naročnika prosimo za potrditev, da za sklop 1 ni potrebno prilagati nobenih prospektov, navodil, certifikatov in izjav o skladnosti že v ponudbo. V nasprotnem primeru pa prosimo naročnika za

natančen opis kaj in za katero postavko je potrebno nekaj priložiti.

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

zainteresirani ponudniki morajo za sklop 1 predložiti prospekte in navodila za artikle, ki jih bodo navedli v svoji ponudbi.

Certifikate in izjave o solidnosti ni potrebno prilagati.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 15:09

PONUĐNIKOV VPRASANJE:

Spoštovani,

v obrazcu popis imate za vpis namenjena samo 2 stolpca. V enem piše CENA, v drugem SKUPAJ. Kaj je naročnik mislil, z DDV, brez DDV. Puščate nas brez osnovnih navodil.

Naročnika pozivamo, da točno specificira kaj vpisujemo v stolpec CENA in kaj vpisujemo v stolpec SKUPAJ.

ODGOVOR:

Spoštovani,

Ponudnik v stolpec cena vpisuje ceno na enoto. V stolpec skupaj vpisuje zmnožek enote in cene. Na dnu tabele vpiše kumulativni seštevek ponujenih artiklov, obračuna morebitni popust, obračuna in vpiše davčno stopnjo, katero sešteje s prej pridobljenimi kumulativnimi zneski.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 15:11

PONUĐNIKOV VPRASANJE:

Pozdravljeni!

Ali lahko podamo kot referenco tudi potrdilo za posel, ki se je zgodil v letu 2014 in je tudi že uspešno zaključen?

S spoštovanjem

ODGOVOR:

Spoštovani,

Opis referenčnih potrdil je natančno opisan v spremembah razpisne dokumentacije (23. 10. 2014)
V konkretnem primeru mora ponudnik dosledno upoštevati čas začetka/zaključka posla.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 15:20

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

1. V RD navajate: "Naročnik si pridružuje pravico zahtevati vzorce za vse razpisane artikle v vseh sklopih navedenih v tem javnem naročilu. V pozivu naročnika, bo ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, dolžan dostaviti vzorec/vzorke na naslov naročnika."

Naročnika sprašujemo kakšen je ta rok?

2. Ali lahko S.BON-1/P priložimo v fotokopiji?

3. V RD, obrazec 4 navajate: "Samostojna ponudba: Ponudnik predloži ustrezne izjave ter pooblastilo
Skupna ponudba: Vsak partner v skupni ponudbi predloži ustrezne izjave ter pooblastilo
Ponudba s podizvajalci: Ponudnik in vsi podizvajalci predložijo ustrezne izjave ter pooblastilo"
Sprašujemo kakšna pooblastila moramo priložiti?

4. OBR-5 IZJAVA O PLAČANIH OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV ni v skladu z ZJN-2E, saj se je navedeno brisalo iz najnovejše novele. Prosimo naročnika, da obrazec 5 umakne.

5. V obrazcu 6 navajate: "2 Ponudnik predloži izpolnjen in žigosan obrazec S.BON-1/P, ki na dan oddaje ponudbe ne sme biti starejši od 30 dni."

Naročnika sprašujemo kaj naj bi ponudniki na S.Bonu-1/P izpolnjevali in žigosali. To je obrazec, ki ga izda Ajpes in ponudniki ga NIKOLI ne izpolnjujemo in žigosamo. Prosimo za pojasnilo.

6. Obrazec 7: IZJAVA O SOLIDNOSTI" se nanaša zgolj na naročnika. Ali to pomeni, da je potrebno biti "soliden" samo do naročnika?

7. Na obrazcu "Priloga k razpisnemu obrazcu št. 8" spodaj navajate: "Priloga referenčno potrdilo.". Ali ni že sam obrazec referenčno potrdilo? Ali moramo prilagati še kakšno prilogo k navedenemu obrazcu?

8. V osnutku pogodbe navajate: "V ceno je vključena tudi poučitev zaposlenih pri naročniku o pravilnem ravnanju s predmetom pogodbe ter izročitev vse pripadajoče dokumentacije." Naročnika sprašujemo koliko zaposlenih je potrebno podučiti in ali je dovolj šolanje 1x?

9. v obrazcu 19 navajate: "Ponudnik predloži izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11)."

Ali moramo lastniško strukturo priložiti že v ponudbi?

10. Prosimo za potrditev, da v primeru, da se prijavljamo samo na sklop 1 priložimo bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 8.000 eur.

ODGOVOR:

Spoštovani,

naročnik odgovarja po vrstnem redu zastavljenih vprašanj.

Odgovori so:

1. Naročnik bo v času pregleda in ocenjevanja ponudb, pisмено obvestil ponudnike o vzorcih za posamezne artikle.
2. S.BON-1/P ni v fotokopiji, priložiti v originalu.
3. Ponudniki izpolnijo pooblastilo navedeno v razpisnem obrazcu št. 4.
4. Razpisni obrazec št. 5- NAROČNIK GA UMIKA. Ponudnikom ni potrebno izpolnjevati in prilagati navedenega obrazca.
5. obrazec S.BON-1/P je mišljen, da je IZPOLNJEN in PODPISAN s strani AJ PES.
6. DA
7. Besedilo "Priloga referenčnega potrdila" je mišljena kot vzorec. V kolikor se izpolnjuje priloženo referenčno potrdilo ni potrebno prilagati nikakršnih koli drugih potrdil. V kolikor bodo ponudniki prilagali obrazce drugih naročnikov, mora naročnik, ki kandidira v tem naročilu, upoštevati besedilo razpisnega obrazca tega naročila.
8. Ponudnik je dolžan poučiti v skladu z zahtevnostjo posameznega artikla in s pedagoškim pristopom ponudnika k izobraževanju zaposlenega.
9. DA
10. DA

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.11.2014 15:24

PONUĐNIKOV VPRŠANJE:

Naročnika opozarjamo, da bi moral dopustiti priložitev referenčne liste proizvajalca. Vaši odgovori so nejasni in dopuščajo različne razlage, kar bo posledično privedlo do revizij. Kljub dolgoletnim izkušnjam je za določeno opremo nemogoče pridobiti reference kot jih zahtevate, saj se določeni artikli prodajajo po največ kos na ustanovo. Naročnika prosimo, da omogoči predložitev referenčne liste PROIZVAJALCA, brez ostalih po vsebini podobnih referenc ponudnika.

ODGOVOR:

Spoštovani,

naročnik je na podobno vsebino vprašanja že odgovoril dne 10. 11. 2014 ob 10.35 uri.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.11.2014 07:30

Spoštovani,

Naročnik SVZ Taber je na portalu javnih naročil pod št. JN10928/2014 objavil obvestilo o dodatnih informacijah vezanih na prvotno javno naročilo JN9911/2014 - izbor izvajalca za dobavo, montažo in vgradnjo medicinske opreme. V navedenem sporočilu želi naročnik zainteresirane ponudnike obvestiti, da je rok oddaje ponudbe v četrtek 27. novembra 2014 ob 8.30 uri in odpiranje istega dne ob 10. uri.

Glede na to, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili ponudbo in garancijo za resnost ponudbe ali kavcijsko zavarovanje, ki bo veljavna/-o šest mesecev (določilo IV.3.7. predmetnega javnega naročila) od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 24. 11. 2014. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka določenega v razpisni dokumentaciji šteto od prvotnega roka za oddajo ponudb, to je od 24. 11. 2014.

Lep pozdrav.